Retningslinjer for tilpasning av Biofinity® multifokale linser

En forenklet tilpasningsfilosofi

Vår nye tilpasningsprosedyre bygger på optikernes faktiske erfaringer.

- Det har nå blitt enklere enn noensinne å tilpasse lavere addisjoner ved å bruke samme D-linsedesign på begge øynene
- Også ved tilpasning av høyere addisjoner har du stor fleksibilitet og mange alternativer og kan dermed sikre kundene svært god synsevne.

Første besøk

Trinn 1 Start med ny refraksjon og verifisering av øyedominans («fogging technique»).

Trinn 2 Velg avstandskorreksjon med utgangspunkt i sfærisk ekvivalent korrigert for toppunktsavstand.
Velg D- eller N-linseutforming avhengig av hvilken addisjon som kreves:

Addisjon	Dominant øye	Ikke-dominant øye
+1,00	**D**	**D**
+1,50	**D**	**D**
+2,00	**D**	**N**
+2,50	**D**	**N**

Forventet synsskarphet ved bruk av en kombinasjon av D- og N-linser

Linse	På langt hold	På nært hold
Binokulært	+1,0	+1,0
D-Linse	+1,0	0,5 eller bedre
N-Linse	0,5 eller bedre	+1,0

Trinn 3 Selv om linsene raskt legger seg riktig på øyet, bør kunden få 15 minutter til å venne seg til dem før du kontrollerer synet.
Hvis det binokulære synet er uakseptabelt, bør du gjøre en monokulær overrefraksjon med håndholdte prøvelinser for å avgjøre hvilket øye som må forbedres.
For å forbedre synet på langt hold legger du til +/– 0,25 D (inntil +/– 0,50 D) på det øyet som må forbedres.
For å forbedre synet på nært hold legger du til +/– 0,25 D (inntil +/– 0,50 D) på det øyet som må forbedres.

Klinisk

Ordiner maksimal plusstyrke for avstandssyn. (Ikke bruk for mye minus.)

Velg om mulig den laveste addisjonen; addisjonen trenger ikke fullkorrigeres.

Test det funksjonelle synet på nært hold ved hjelp av kundens mobiltelefon.

Test synsskarphet med rombelysningen på.

Retningslinjer for tilpasning av Biofinity® multifokale linser

En unik multifokal linse for unike øyne

Balanced Progressive™-teknologi

- Utformet for å gi optimalt syn på alle avstander: nært, mellomlangt og langt hold.
- Muliggjør personlig tilpasning for hver bruker og hvert øye
- En mer fleksibel tilpasningsprosess gjør det enklere å lykkes med linsetilpasning på kunder med presbyopi.

Oppfølgingsbesøk etter én uke

Hvis kunden trenger ytterligere forbedring av synsskarpheten på avstand eller nært hold.

Trinn 1	Vurder den binokulære synsskarpheten.
Trinn 2	Kontroller den monokulære synsskarpheten.
Trinn 3	Utfør en overrefraksjon ved hjelp av håndholdte prøvelinser (unngå å bruke foropter). FØRSTE ALTERNATIV: For å forbedre synet på langt eller nært hold modifiserer du avstandskorreksjonen med +/– 0,25 D på det øyet som må forbedres. ANDRE ALTERNATIV: For å forbedre synet på nært hold legger du til +0,50 D til addisjonen på det øyet som må forbedres.

Produktspesifikasjoner

Biofinity® multifocal

Basiskurve	8,6 mm
Diameter	14,0 mm
Sfærisk styrke	+6,00 til –10,00 DS (0,50 D etter –6,00 D)
Addisjon	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50
Linseutforming	D-linse, N-linse
Materiale	comfilcon A
Væskeinnhold	48%
Dk	128
Brukstid	Daglig bruk eller langvarig bruk i opptil seks netter / sju dager

Flere tilpasningstips, veiledninger og ytterligere informasjon om Biofinity multifocal finner du på **www.coopervision.no/biofinity-multifocal**

Den uavhengige kliniske vurderingen av hvordan linser skal tilpasses og ordineres, skal fremdeles utføres av optikeren.

©2015 CooperVision, Inc. 1131 04/15
XLITERAKIT210

CooperVision®
Live Brightly.®

800 341 2020